

衛生局 2011 年 08 月 17 日消息

回收一款血糖試紙

根據香港衛生署的公告，由於發現拜耳公司(Bayer)所生產的 Contour 及 Contour TS 血糖試紙在使用時可能會出現錯誤的低血糖讀數，因此，該署指令回收所有批次的上述血糖試紙。

根據紀錄，Contour TS 血糖試紙曾獲衛生局批准進口本澳。為保障公眾健康及作為預防性措施，衛生局已要求藥房及有關的藥物產品出入口及批發商號回收上述血糖試紙，而相關批發商號表示，市民如已購買上述血糖試紙，可將試紙退回藥房。正在使用上述試紙的市民需與主診醫生聯絡，以轉用其他血糖試紙繼續監測血糖水平，如有任何疑問，可於辦公時間致電 8598 3439 或於非辦公時間致電 6683 3329 向衛生局藥物事務廳查詢。

附圖：

